

|                  |       |                       |                    |               |
|------------------|-------|-----------------------|--------------------|---------------|
| <b>REF</b> 512-3 | 6x3mL | <b>EXP</b> 2024-04-04 | <b>LOT</b> 30DBD67 | 更新日期： 2021-06 |
|                  |       |                       |                    | 1 / 1         |

| 批号：30DBD67   |       |      |            |  |
|--|-------|------|------------|--|
| 项目\仪器\试剂\方法  | 单位    | 均值   | + / - 2 SD |  |
| <b>(AFP)甲胎蛋白</b>   |       |      |            |  |
| Beckman UniCel Dxl 600/800<br>Beckman Coulter \ Chemiluminescence<br>Immunoassay (CLIA ) | ng/mL | 272  | 218-326    |  |
| Roche cobas E601/602<br>Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay<br>(ECLIA)         | ng/mL | 282  | 226-338    |  |
| <b>(CA 125)糖类抗原 125</b>  |       |      |            |  |
| Roche cobas E601/602<br>Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay<br>(ECLIA)         | IU/mL | 158  | 126-190    |  |
| <b>(CA 15-3)糖类抗原 15-3</b>  |       |      |            |  |
| Roche cobas E601/602<br>Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay<br>(ECLIA)         | IU/mL | 134  | 107-161    |  |
| <b>(CA 19-9)糖类抗原 19-9</b>  |       |      |            |  |
| Roche cobas E601/602<br>Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay<br>(ECLIA)         | IU/mL | 155  | 124-186    |  |
| <b>(CA 72-4)糖类抗原 72-4</b>  |       |      |            |  |
| Roche cobas E601/602<br>Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay<br>(ECLIA)         | IU/mL | 63.1 | 50.5-75.7  |  |
| <b>(CEA)癌胚抗原</b>   |       |      |            |  |
| Beckman UniCel Dxl 600/800<br>Beckman Coulter \ Chemiluminescence<br>Immunoassay (CLIA ) | ng/mL | 36.7 | 29.4-44    |  |
| Roche cobas E601/602<br>Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay<br>(ECLIA)         | ng/mL | 32.6 | 26.1-39.1  |  |
| <b>(Cyfra 21-1)细胞角蛋白19片段</b>   |       |      |            |  |
| Roche cobas E601/602<br>Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay<br>(ECLIA)         | ng/mL | 64.7 | 51.8-77.6  |  |
| <b>(Ferritin)铁蛋白</b>   |       |      |            |  |
| Roche cobas c 501/502/701/702<br>Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)                        | µg/L  | 850  | 680-1020   |  |
| <b>(F-PSA)游离前列腺特异性抗原</b>   |       |      |            |  |
| Beckman UniCel Dxl 600/800<br>Beckman Coulter \ Chemiluminescence<br>Immunoassay (CLIA ) | ng/mL | 5.21 | 4.17-6.25  |  |
| Roche cobas E601/602<br>Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay<br>(ECLIA)         | ng/mL | 4.09 | 3.27-4.91  |  |
| <b>(NSE)神经元特异性烯醇化酶</b>   |       |      |            |  |
| Roche cobas E601/602<br>Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay<br>(ECLIA)         | ng/mL | 23.1 | 18.5-27.7  |  |
| <b>(PSA)前列腺特异性抗原</b>   |       |      |            |  |
| Beckman UniCel Dxl 600/800<br>Beckman Coulter \ Chemiluminescence<br>Immunoassay (CLIA ) | ng/mL | 27.7 | 22.2-33.2  |  |
| Roche cobas E601/602<br>Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay<br>(ECLIA)         | ng/mL | 24.8 | 19.8-29.8  |  |
| <b>(Tg)甲状腺球蛋白</b>  |       |      |            |  |
| Roche cobas E601/602<br>Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay<br>(ECLIA)         | ng/mL | 105  | 84-126     |  |
| <b>(β2M)β-2-微球蛋白</b>   |       |      |            |  |
| Roche cobas c 501/502/701/702<br>Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)                        | mg/L  | 29   | 23.2-34.8  |  |
| <b>(β-hCG)人绒毛膜促性腺激素β亚基</b>   |       |      |            |  |
| Beckman UniCel Dxl 600/800<br>Beckman Coulter \ Chemiluminescence<br>Immunoassay (CLIA ) | IU/L  | 207  | 166-248    |  |
| Roche cobas E601/602<br>Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay<br>(ECLIA)         | IU/L  | 198  | 158-238    |  |

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。