

REF 521-3	6x3mL	EXP 2024-10-17	LOT 31B790E	更新日期： 2021-12 1 / 1
------------------	-------	-----------------------	--------------------	------------------------

批号：31B790E				
项目\仪器\试剂方法	单位	均值	+ / - 2 SD	
(Alb)白蛋白				
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Bromocresol green	μmol/L	852	648-1050	
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Bromocresol green	g/L	56.2	42.7-69.7	
(ASO)抗链球菌溶血素 O 抗体				
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	225	171-279	
(AT-III)抗凝血酶III				
Stago STA series Dedicated \ Nephelometry	%	25	19-31	
(C3)补体 C3				
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	219	166-272	
(C4)补体 C4				
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	57.8	43.9-71.7	
(Cer)铜蓝蛋白				
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	g/L	0.4	0.304-0.496	
(CRP)C反应蛋白				
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	7.72	5.87-9.57	
(Ferritin)铁蛋白				
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	μg/L	357	271-443	
(IgA)免疫球蛋白 IgA				
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	g/L	3.59	2.73-4.45	
(IgE)免疫球蛋白 IgE				
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	69.8	53-86.6	
(IgG)免疫球蛋白 IgG				
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	g/L	21.5	16.3-26.7	
(IgM)免疫球蛋白 IgM				
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	g/L	2.45	1.86-3.04	
(Kappa Light Chain)κ轻链抗体				
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	g/L	17.2	13.1-21.3	
(Lambda Light Chain)λ 轻链抗体				
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	g/L	8.62	6.55-10.7	
(PAB)前白蛋白				
Roche cobas 4000/6000/8000 DiaSys \ Immunonephelometry (INA)	g/L	0.437	0.333-0.541	
(RBP)视黄醇结合蛋白				
Roche cobas 4000/6000/8000 WanTai \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	8.42	6.4-10.4	
(RF)类风湿因子				
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	120	91.2-149	
(TRF)转铁蛋白				
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	381	290-472	
(β2M)β-2-微球蛋白				
Roche cobas 4000/6000/8000 JS (Shanghai) \ Immunonephelometry (INA)	mg/L	6.73	5.11-8.35	

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。