

REF 521-3	6x3mL	EXP 2021-07-15	LOT 31B790B	更新日期： 2022-01 1 / 2
------------------	-------	-----------------------	--------------------	------------------------

批号：31B790B				
项目\仪器\试剂方法	单位	均值	+ / - 2 SD	
(Alb)白蛋白				
Roche Hitachi/Hitachi Systems Dedicated \ Biuret-rate	μmol/L	823	675-971	
Roche Hitachi/Hitachi Systems Dedicated \ Biuret-rate	g/L	54.3	44.5-64.1	
(ASO)抗链球菌溶血素 O 抗体				
Beckman Immage 800 Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	226	188-264	
Beckman AU series Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	IU/mL	419	337-501	
Roche cobas c 501/502/701/702 Roche \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	342	260-424	
(C3)补体 C3				
Beckman Immage 800 Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mg/dL	192	160-224	
Beckman AU series Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	235	179-291	
Roche cobas c 501/502/701/702 Roche \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	229	174-284	
(C4)补体 C4				
Beckman Immage 800 Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mg/dL	49.8	40.2-59.4	
Beckman AU series Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	56	44-68	
Roche cobas c 501/502/701/702 Roche \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	48.1	36.6-59.6	
(Cer)铜蓝蛋白				
Siemens BN II Dedicated \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	g/L	0.428	0.362-0.494	
(CRP)C反应蛋白				
Beckman Immage 800 Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mg/dL	6.98	5.66-8.3	
Beckman AU series Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	6.71	5.31-8.11	
(Ferritin)铁蛋白				
Roche cobas c 501/502/701/702 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	μg/L	344	261-427	
(Hap (HPT))触珠蛋白 (结合珠蛋白)				
Siemens BN II Dedicated \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	g/L	2.21	1.84-2.58	
(IgA)免疫球蛋白 IgA				
Beckman Immage 800 Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	g/L	3.67	3.01-4.33	
Beckman AU series Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	g/L	3.42	2.64-4.2	
(IgE)免疫球蛋白 IgE				
Beckman Immage 800 Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	104	86-122	
Beckman AU series Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	IU/mL	69.8	55-84.6	
(IgG)免疫球蛋白 IgG				
Beckman Immage 800 Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	g/L	18.1	15.1-21.1	
Beckman AU series Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	g/L	18.7	14.7-22.7	
(IgM)免疫球蛋白 IgM				
Beckman Immage 800 Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	g/L	2.43	1.99-2.87	
Beckman AU series Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	g/L	2.78	2.18-3.38	
(Kappa Light Chain)κ轻链抗体				
Beckman Immage 800 Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	g/L	16.9	14-19.8	
Siemens BN II Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	g/L	5.32	4.3-6.34	
(Lambda Light Chain)λ 轻链抗体				
Beckman Immage 800 Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	g/L	8.09	6.57-9.61	

REF 521-3	6x3mL	EXP 2021-07-15	LOT 31B790B	更新日期： 2022-01 2 / 2
------------------	-------	-----------------------	--------------------	------------------------

批号：31B790B			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD
Siemens BN II Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	g/L	2.84	2.32-3.36
(PAB)前白蛋白			
Beckman Image 800 Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	g/L	0.573	0.475-0.671
Beckman AU series Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	g/L	0.446	0.356-0.536
Roche cobas c 501/502/701/702 Roche \ Immunonephelometry (INA)	g/L	0.472	0.359-0.585
(RBP)视黄醇结合蛋白			
Siemens BN II Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mg/dL	9.42	7.82-11
Roche cobas c 501/502/701/702 WanTai \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	6.62	5.03-8.21
(RF)类风湿因子			
Beckman Image 800 Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	112	90-134
Beckman AU series Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	IU/mL	79.5	63.1-95.9
Roche cobas c 501/502/701/702 Roche \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	89.5	68-111
(TRF)转铁蛋白			
Beckman Image 800 Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mg/dL	372	306-438
Roche cobas c 501/502/701/702 Roche \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	366	278-454
(α-1-AG)α-1-酸性糖蛋白			
Siemens BN II Dedicated \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	g/L	1.41	1.19-1.63
Beckman AU series Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	g/L	1.23	0.97-1.49
(α-1-AT)α-1-抗胰蛋白酶			
Beckman AU series Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	210	168-252
(α2M)α-2-巨球蛋白			
Beckman AU series Beckman Coulter \ immunoturbidimetric	mg/L	7.01	5.41-8.61
(β2M)β-2-微球蛋白			
Beckman Image 800 Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mg/L	6.7	5.5-7.9
Siemens BN II Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mg/L	5.3	4.1-6.5
Roche cobas c 501/502/701/702 Roche \ Immunonephelometry (INA)	mg/L	5.77	4.39-7.15

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。