

<b>REF</b> 521-3	6x3mL	<b>EXP</b> 2025-01-01	<b>LOT</b> 31B7969	更新日期： 2022-05
				1 / 1

批号：31B7969				
项目\仪器\试剂方法	单位	均值	+ / - 2 SD	
<b>(Alb)白蛋白</b>				
Roche cobas 4000/6000/8000				
Roche \ Bromocresol green	μmol/L	852	648-1050	
Roche cobas 4000/6000/8000				
Roche \ Bromocresol green	g/L	56.2	42.7-69.7	
<b>(ASO)抗链球菌溶血素 O 抗体</b>				
Beckman Immage 800				
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	225	171-279	
<b>(AT-III)抗凝血酶III</b>				
Stago STA series				
Dedicated \ Nephelometry	%	25	19-31	
<b>(C3)补体 C3</b>				
Beckman Immage 800				
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	219	166-272	
<b>(C4)补体 C4</b>				
Beckman Immage 800				
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	57.8	43.9-71.7	
<b>(Cer)铜蓝蛋白</b>				
Beckman Immage 800				
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	g/L	0.4	0.304-0.496	
<b>(CRP)C反应蛋白</b>				
Beckman Immage 800				
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	7.72	5.87-9.57	
<b>(Ferritin)铁蛋白</b>				
Roche cobas 4000/6000/8000				
Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	μg/L	357	271-443	
<b>(IgA )免疫球蛋白 IgA</b>				
Beckman Immage 800				
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/L	3590	2720-4450	
<b>(IgE)免疫球蛋白 IgE</b>				
Beckman Immage 800				
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	69.8	53-86.6	
<b>(IgG)免疫球蛋白 IgG</b>				
Beckman Immage 800				
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/L	21500	16300-26600	
<b>(IgM)免疫球蛋白 IgM</b>				
Beckman Immage 800				
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/L	2450	1860-3030	
Beckman Immage 800				
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	g/L	2.45	1.86-3.04	
<b>(Kappa Light Chain)κ轻链抗体</b>				
Beckman Immage 800				
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/L	17200	13000-21300	
<b>(Lambda Light Chain)λ 轻链抗体</b>				
Beckman Immage 800				
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/L	8620	6550-10600	
<b>(PAB)前白蛋白</b>				
Roche cobas 4000/6000/8000				
DiaSys \ Immunonephelometry (INA)	g/L	0.437	0.333-0.541	
<b>(RBP)视黄醇结合蛋白</b>				
Roche cobas 4000/6000/8000				
WanTai \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	8.42	6.4-10.4	
<b>(RF)类风湿因子</b>				
Beckman Immage 800				
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	120	91.2-149	
<b>(TRF)转铁蛋白</b>				
Roche cobas 4000/6000/8000				
Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	381	290-472	
<b>(β2M)β-2-微球蛋白</b>				
Roche cobas 4000/6000/8000				
JS (Shanghai) \ Immunonephelometry (INA)	mg/L	6.73	5.11-8.35	

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。