

REF 521-3	6x3mL	EXP 2025-06-27	LOT 31B796F	更新日期： 2022-08
				1 / 2

批号：31B796F				
项目\仪器\试剂方法	单位	均值	+ / - 2 SD	
(Alb)白蛋白				
Roche cobas 4000/6000/8000	μmol/L	852	648-1050	
Roche \ Bromocresol green				
Roche cobas 4000/6000/8000	g/L	56.2	42.7-69.7	
Roche \ Bromocresol green				
Roche Hitachi/Hitachi Systems	μmol/L	788	599-977	
Hitachi \ Bromocresol green				
Roche Hitachi/Hitachi Systems	g/L	52	39.5-64.5	
Hitachi \ Bromocresol green				
(ASO)抗链球菌溶血素 O 抗体				
Beckman Immage 800	IU/mL	225	171-279	
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)				
Siemens BN II	IU/mL	391	297-485	
Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)				
(AT-III)抗凝血酶III				
Stago STA series	%	25	19-31	
Dedicated \ Nephelometry				
(C3)补体 C3				
Beckman Immage 800	mg/dL	219	166-272	
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)				
Siemens BN II	mg/dL	245	186-304	
Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)				
(C4)补体 C4				
Beckman Immage 800	mg/dL	57.8	43.9-71.7	
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)				
Siemens BN II	mg/dL	59	44.8-73.2	
Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)				
(Cer)铜蓝蛋白				
Beckman Immage 800	g/L	0.4	0.304-0.496	
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)				
(CRP)C反应蛋白				
Beckman Immage 800	mg/dL	7.72	5.87-9.57	
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)				
Siemens BN II	mg/dL	6.77	5.15-8.39	
Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)				
(Ferritin)铁蛋白				
Roche cobas 4000/6000/8000	μg/L	357	271-443	
Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)				
(Hap (HPT))触珠蛋白 (结合珠蛋白)				
Roche Hitachi/Hitachi Systems	g/L	2.02	1.54-2.5	
Hitachi \ Immunoturbidimetry (ITA)				
(IgA)免疫球蛋白 IgA				
Beckman Immage 800	mg/L	3590	2720-4450	
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)				
Siemens BN II	mg/L	4140	3140-5130	
Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)				
(IgE)免疫球蛋白 IgE				
Beckman Immage 800	IU/mL	69.8	53-86.6	
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)				
(IgG)免疫球蛋白 IgG				
Beckman Immage 800	mg/L	21500	16300-26600	
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)				
Siemens BN II	mg/L	21900	16600-27100	
Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)				
(IgM)免疫球蛋白 IgM				
Beckman Immage 800	mg/L	2450	1860-3030	
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)				
Beckman Immage 800	g/L	2.45	1.86-3.04	
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)				
Siemens BN II	mg/L	2710	2050-3360	
Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)				
Siemens BN II	g/L	2.71	2.06-3.36	
Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)				
(Kappa Light Chain)κ轻链抗体				
Beckman Immage 800	mg/L	17200	13000-21300	
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)				
Siemens BN II	mg/L	5020	3810-6220	
Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)				
(Lambda Light Chain)λ 轻链抗体				
Beckman Immage 800	mg/L	8620	6550-10600	
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)				
Siemens BN II	mg/L	3070	2330-3800	
Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)				
(PAB)前白蛋白				
Roche cobas 4000/6000/8000	g/L	0.437	0.333-0.541	
DiaSys \ Immunonephelometry (INA)				
Roche Hitachi/Hitachi Systems	g/L	0.58	0.441-0.719	
Hitachi \ Immunoturbidimetry (ITA)				

REF 521-3	6x3mL	EXP 2025-06-27	LOT 31B796F	更新日期： 2022-08 2 / 2
------------------	-------	-----------------------	--------------------	------------------------

批号：31B796F				
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD	
(RBP)视黄醇结合蛋白				
Roche cobas 4000/6000/8000 WanTai \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	8.42	6.4-10.4	
Roche Hitachi/Hitachi Systems Hitachi \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	9.88	7.51-12.3	
(RF)类风湿因子				
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	120	91.2-149	
Siemens BN II Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)	IU/mL	84.2	64-104	
(sTfR)可溶性转铁蛋白受体				
Siemens BN II Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/L	1.37	1.04-1.7	
(TRF)转铁蛋白				
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	381	290-472	
Roche Hitachi/Hitachi Systems Hitachi \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	374	284-464	
(α-1-AG)α-1-酸性糖蛋白				
Roche Hitachi/Hitachi Systems Hitachi \ Immunoturbidimetry (ITA)	g/L	1.08	0.821-1.34	
(α-1-AT)α-1-抗胰蛋白酶				
Roche Hitachi/Hitachi Systems Hitachi \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	214	163-265	
(β2M)β-2-微球蛋白				
Roche cobas 4000/6000/8000 JS (Shanghai) \ Immunonephelometry (INA)	mg/L	6.73	5.11-8.35	
Siemens BN II Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/L	5.57	4.23-6.91	

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。