

REF	500-1	6x3mL	EXP	2023-11-02	LOT	2FB1F6B	更新日期:	2024-08
								1 / 2

		批号: 2FB1F6B					
项目\仪器\试剂方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数			
(25-OH-Vit D)25羟基维生素D							
Roche cobas E601/602	ng/mL	3.01	11.9%	<5	<100		
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)							
Roche cobas E601/602	nmol/L	7.5	11.9%	<5	<100		
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)							
(Cortisol)皮质醇							
Roche cobas E601/602	ng/mL	40	11.9%	<5	<100		
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)							
(C-P)C-肽							
Roche cobas E601/602	ng/mL	1.08	11.9%	<5	<100		
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)							
(E2)雌二醇							
Roche cobas E601/602	pmol/L	127	11.9%	<5	<100		
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)							
(FA)叶酸							
Roche cobas E601/602	ng/mL	2.37	11.9%	<5	<100		
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)							
(FSH)促卵泡刺激素							
OTHER	IU/L	5.35	5.8%	<5	<100		
OTHER \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)							
Roche cobas E601/602	IU/L	4.5	11.9%	<5	<100		
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)							
(FT3)游离T3							
Roche cobas E601/602	pmol/L	3.88	11.9%	<5	<100		
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)							
(FT4)游离T4							
Roche cobas E601/602	pmol/L	16.4	11.9%	<5	<100		
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)							
(HGH)人生长激素							
Roche cobas E601/602	µg/L	2.36	11.9%	<5	<100		
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)							
(IgA)免疫球蛋白 IgA							
Beckman Immage 800	mg/dL	46.5	11.9%	<5	<100		
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)							
(IgG)免疫球蛋白 IgG							
Beckman Immage 800	mg/dL	283	11.9%	<5	<100		
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)							
(IgM)免疫球蛋白 IgM							
Beckman Immage 800	mg/dL	4	11.9%	<5	<100		
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)							
(INS)胰岛素							
Roche cobas E601/602	mIU/L	8.37	11.9%	<5	<100		
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)							
(LH)促黄体生成素							
OTHER	IU/L	3.39	3.4%	<5	<100		
OTHER \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)							
Roche cobas E601/602	IU/L	5.28	11.9%	<5	<100		
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)							
(PRL)催乳素							
Roche cobas E601/602	ng/mL	9.78	11.9%	<5	<100		
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)							
(PROG)孕酮							
Roche cobas E601/602	ng/mL	0.558	11.9%	<5	<100		
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)							
(TES)睾酮							
Roche cobas E601/602	ng/mL	0.6	11.9%	<5	<100		
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)							
(TSH)促甲状腺素							
OTHER	mIU/L	0.249	4.6%	<5	<100		
OTHER \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)							
Roche cobas E601/602	mIU/L	0.298	11.9%	<5	<100		
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)							
(TT3)总三碘甲状腺原氨酸							
Roche cobas E601/602	ng/mL	1.58	11.9%	<5	<100		
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)							
(TT4)总T4							
OTHER	ng/mL	120	6.8%	<5	<100		
OTHER \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)							
Roche cobas E601/602	ng/mL	83.2	11.9%	<5	<100		
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)							
(VB12)维生素B12							
Roche cobas E601/602	pg/mL	256	11.9%	<5	<100		
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)							

报告类别： 汇总实验室数据报告



质控品名： 内分泌学非定值质控品

REF	500-1	6x3mL	EXP	2023-11-02	LOT	2FB1F6B	更新日期:	2024-08
								2 / 2

		批号: 2FB1F6B			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(β-hCG)人绒毛膜促性腺激素β亚基					
Roche cobas E601/602					
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	0.004	11.9%	<5	<100

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。