

REF	500-1	6x3mL	EXP	2024-04-03	LOT	2FB1FC8	更新日期:	2024-08
								1 / 2

		批号: 2FB1FC8					
项目\仪器\试剂方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数			
(AFP)甲胎蛋白							
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	7.23	10.1%	<5	<100		
(ALD)醛固酮							
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pg/mL	164	11%	<5	<100		
(Cortisol)皮质醇							
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	ng/mL	99.4	5.4%	13	294		
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	126	9.8%	<5	<100		
(DHEA-S)硫酸脱氢表雄酮							
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	3073	10.2%	<5	<100		
(F-PSA)游离前列腺特异性抗原							
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	0.13	9.5%	<5	<100		
(FSH)促卵泡刺激素							
OTHER OTHER \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	5.15	7%	5	<100		
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	IU/L	5.79	4.1%	13	316		
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	5.36	10%	<5	<100		
(FT3)游离T3							
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	pmol/L	4.71	6.8%	13	300		
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	5.76	10.2%	<5	<100		
(FT4)游离T4							
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	pmol/L	13.4	5.3%	13	307		
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	16.4	10.1%	<5	<100		
(HCY)同型半胱氨酸							
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Enzymatic Cycling Assays Method	μmol/L	12.5	10.8%	<5	<100		
(HGH)人生长激素							
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	μg/L	2.06	10%	<5	<100		
(IgE)免疫球蛋白 IgE							
Beckman Image 800 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	IU/mL	89.6	10.1%	<5	<100		
(IGF1)胰岛素生长因子1							
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	213	10.1%	<5	<100		
(INS)胰岛素							
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	mIU/L	8.23	10.2%	<5	<100		
(LH)促黄体生成素							
OTHER OTHER \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	3.43	6.3%	5	<100		
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	IU/L	3.74	4.8%	13	307		
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	4.67	10.2%	<5	<100		
(PRL)催乳素							
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	ng/mL	7.19	5.4%	13	308		
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	8.23	10.4%	<5	<100		
(PROG)孕酮							
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	ng/mL	1.1	12.7%	12	301		
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	0.799	9.5%	<5	<100		
(PSA)前列腺特异性抗原							
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	0.67	9.8%	<5	<100		

REF	500-1	6x3mL	EXP	2024-04-03	LOT	2FB1FC8	更新日期:	2024-08
								2 / 2

		批号: 2FB1FC8			
项目\仪器\试剂方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(PTH)甲状旁腺素					
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	1.15	9.8%	<5	<100
(TES)睾酮					
Beckman UniCel DxI 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	ng/mL	6.72	3.9%	13	301
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	7.96	10.2%	<5	<100
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	ng/mL	8.76	4.1%	<5	<100
(Tg)甲状腺球蛋白					
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	10.4	10%	<5	<100
(TSH)促甲状腺素					
Beckman UniCel DxI 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	mIU/L	1.76	5.2%	13	300
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	mIU/L	2.22	5.3%	<5	<100
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	mIU/L	1.95	10.2%	<5	<100
(TT3)总三碘甲状腺原氨酸					
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	1.2	10%	<5	<100
(TT4)总T4					
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	68.6	10%	<5	<100
(VB12)维生素B12					
Beckman UniCel DxI 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	pg/mL	282	5.3%	13	315
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pg/mL	450	10%	<5	<100
(β2M)β-2-微球蛋白					
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	ng/mL	870	9.8%	<5	<100
(β-hCG)人绒毛膜促性腺激素β亚基					
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	0.004	5.1%	5	112
Ortho Vitros 3600/5600 Ortho \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	0.006	9.1%	24	722
Beckman UniCel DxI 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	IU/mL	0.004	4%	13	313
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	0.004	10%	<5	<100

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。