

REF	500-2	6x3mL	EXP	2024-06-28	LOT	2FB46DA	更新日期:	2024-08
								1 / 2

		批号: 2FB46DA					
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数			
(25-OH-Vit D)25羟基维生素D							
Roche cobas E601/602	ng/mL	7.45	12%	<5	<100		
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)							
Roche cobas E601/602	nmol/L	18.6	12%	<5	<100		
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)							
(ADA)腺苷脱氨酶							
maglumi system	U/L	10	1%	<5	<100		
Snibe \ Peroxidase							
(AFP)甲胎蛋白							
Roche cobas 4000/6000/8000	ng/mL	32	22.8%	<5	<100		
Roche \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)							
maglumi system	ng/mL	30.8	27.6%	<5	<100		
Snibe \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)							
(AFU)α-L-岩藻糖苷酶							
ABI Real-Time PCR	U/L	33.9	3.9%	<5	<100		
ABX \ CNPF							
(Ca)钙							
maglumi system	mmol/L	32.9	11.2%	<5	<100		
Snibe \ Arsenazo III							
(Cortisol)皮质醇							
Roche cobas E601/602	ng/mL	198	12%	<5	<100		
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)							
(C-P)C-肽							
DiaSorin Liaison /XL	ng/mL	5.46	8.2%	<5	<100		
Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)							
Roche cobas E601/602	ng/mL	5.81	12%	<5	<100		
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)							
(E2)雌二醇							
Ortho Vitros 3600/5600	pmol/L	1287	7.4%	8	116		
OTHER \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)							
Roche cobas E601/602	pmol/L	800	11.9%	<5	<100		
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)							
DiaSorin Liaison /XL	pmol/L	671	6.8%	14	100		
Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)							
maglumi system	pmol/L	1231	7.6%	<5	<100		
Snibe \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)							
(FA)叶酸							
Roche cobas E601/602	ng/mL	6.71	12%	<5	<100		
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)							
(FSH)促卵泡刺激素							
Ortho Vitros 3600/5600	IU/L	31.7	3.9%	8	117		
OTHER \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)							
Roche cobas E601/602	IU/L	20.7	0.1%	<5	<100		
Roche \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)							
DiaSorin Liaison /XL	IU/L	47.3	2.9%	<5	<100		
Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)							
Roche cobas E601/602	IU/L	31.2	12%	<5	<100		
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)							
(FT3)游离T3							
DiaSorin Liaison /XL	pmol/L	8.55	3.9%	<5	<100		
Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)							
Roche cobas E601/602	pmol/L	7.24	12%	<5	<100		
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)							
(FT4)游离T4							
maglumi system	pmol/L	32.9	9.1%	6	<100		
Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)							
Roche cobas E601/602	pmol/L	28	20.1%	<5	<100		
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)							
DiaSorin Liaison /XL	pmol/L	23.3	2.5%	<5	<100		
Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)							
(HbA1c (%))糖化血红蛋白A1c (%)							
Bio-Rad D-10/100	%	5.22	1.2%	10	160		
Bio-Rad \ High performance liquid chromatography (HPLC)							
(hCG)人绒毛膜促性腺激素							
Ortho Vitros 3600/5600	IU/L	49.2	4.9%	8	120		
OTHER \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)							
(HGH)人生长激素							
Roche cobas E601/602	μ g/L	10.7	12%	<5	<100		
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)							
(IgA)免疫球蛋白 IgA							
Beckman Immage 800	mg/dL	54.5	12%	<5	<100		
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)							
(IgG)免疫球蛋白 IgG							
Beckman Immage 800	mg/dL	313	12%	<5	<100		
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)							

REF 500-2	6x3mL	EXP 2024-06-28	LOT 2FB46DA	更新日期: 2024-08
				2 / 2

批号: 2FB46DA					
项目\仪器\试剂方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(IgM)免疫球蛋白 IgM					
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	11.3	12%	<5	<100
(INS)胰岛素					
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	mIU/L	50.9	12%	<5	<100
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/L	69.2	0.2%	<5	<100
(LH)促黄体生成素					
Ortho Vitros 3600/5600 OTHER \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	39.7	2.3%	8	112
Roche cobas E601/602 Roche \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	IU/L	23.8	0.2%	<5	<100
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	31.6	12%	<5	<100
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	38.6	2.3%	<5	<100
(LIP)脂肪酶					
ABI Real-Time PCR Haemoscope \ Dehydrogenase	U/L	30	0%	<5	<100
(Lp(a))脂蛋白a					
maglumi system EVERMED \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/L	15.4	15.4%	<5	<100
(PRL)催/泌乳素					
Ortho Vitros 3600/5600 OTHER \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	19.5	4.5%	8	107
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	30.1	6.5%	<5	<100
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	29.1	12%	<5	<100
Roche cobas E601/602 Roche \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	ng/mL	23.8	0.2%	<5	<100
(PROG)孕酮					
Ortho Vitros 3600/5600 OTHER \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	8.27	6.1%	8	111
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	6.98	9.5%	<5	<100
Roche cobas E601/602 Roche \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	ng/mL	13.1	0.3%	<5	<100
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	8.59	12%	<5	<100
(TES)睾酮					
Ortho Vitros 3600/5600 OTHER \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	7.44	6.8%	8	102
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	1.28	6.6%	<5	<100
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	4.72	12%	<5	<100
(TSH)促甲状腺素					
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	mIU/L	10.2	35.2%	<5	<100
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/L	17.2	3.5%	13	<100
(TT3)总三碘甲状腺原氨酸					
Roche cobas E601/602 Roche \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	ng/mL	3.58	1%	<5	<100
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	2.28	12%	<5	<100
(TT4)总T4					
Roche cobas E601/602 Roche \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	ng/mL	100	0.2%	<5	<100
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	66.8	12%	<5	<100
(VB12)维生素B12					
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pg/mL	470	12%	<5	<100
(β-hCG)人绒毛膜促性腺激素β亚基					
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	0.043	45.3%	<5	<100
Ortho Vitros 3600/5600 Ortho \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	0.047	4.6%	12	343

注: 此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来, 仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同, 或因制造商检测方法的改变, 均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求, 实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。