

REF	500-3	6x3mL	EXP	2024-06-28	LOT	2FB6DEA	更新日期:	2024-08
								1 / 3

		批号: 2FB6DEA					
项目\仪器\试剂方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数			
(17-OHP)17-羟孕酮							
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	ng/mL	0.338	13.7%	<5	<100		
(25-OH-Vit D)25羟基维生素D							
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	16.8	12%	<5	<100		
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	nmol/L	41.9	12%	<5	<100		
(ADA)腺苷脱氨酶							
maglumi system Snibe \ Peroxidase	U/L	15	0.8%	<5	<100		
(AFP)甲胎蛋白							
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	ng/mL	32.6	19.8%	<5	<100		
(Alb)白蛋白							
maglumi system Snibe \ dry chemistry	g/L	15.8	25.8%	<5	<100		
(Ca)钙							
maglumi system Snibe \ Arsenazo III	mmol/L	34.4	17%	<5	<100		
Bio-Rad BioPlex 200/2200 Bio-Rad \ Arsenazo III	mmol/L	32.9	11.2%	<5	<100		
(Cortisol)皮质醇							
Roche cobas e 801 Roche \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	ng/mL	253	1.7%	<5	<100		
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	363	12%	<5	<100		
(C-P)C-肽							
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	11.3	12%	<5	<100		
(E2)雌二醇							
Roche cobas e 801 Roche \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	pmol/L	1625	1.4%	<5	<100		
Ortho Vitros 3600/5600 OTHER \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	2060	6.8%	10	140		
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	1529	12%	<5	<100		
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	pmol/L	2978	2.4%	<5	<100		
(FA)叶酸							
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	12.6	12%	<5	<100		
(FSH)促卵泡刺激素							
OTHER OTHER \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	83.6	5.5%	<5	<100		
Roche cobas e 801 Roche \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	IU/L	37.5	1.7%	<5	<100		
Ortho Vitros 3600/5600 OTHER \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	57.6	3.9%	10	142		
Beckman UniCel DxC 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	IU/L	40.5	3.9%	<5	<100		
Beckman UniCel DxC 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	40.9	12%	<5	<100		
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	59.5	12%	<5	<100		
(FT3)游离T3							
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	17.6	7.7%	6	<100		
Roche cobas e 801 Roche \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	pmol/L	22.8	3.2%	<5	<100		
Beckman UniCel DxC 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	pmol/L	25.8	10.7%	<5	<100		
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	13.7	12%	<5	<100		
(FT4)游离T4							
Beckman UniCel DxC 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	pmol/L	40.8	4.2%	<5	<100		
Beckman UniCel DxC 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	39.9	12%	<5	<100		
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	37.4	12%	<5	<100		
(hCG)人绒毛膜促性腺激素							
Ortho Vitros 3600/5600 OTHER \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	627	4.5%	10	146		

REF	500-3	6x3mL	EXP	2024-06-28	LOT	2FB6DEA	更新日期:	2024-08
								2 / 3

		批号: 2FB6DEA					
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数			
(HGH)人生长激素							
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	µg/L	19	12%	<5	<100		
(IgA)免疫球蛋白 IgA							
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	66.1	12%	<5	<100		
(IgG)免疫球蛋白 IgG							
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	355	12%	<5	<100		
(IgM)免疫球蛋白 IgM							
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	19.6	12%	<5	<100		
(INS)胰岛素							
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	mIU/L	86.5	12%	<5	<100		
(LH)促黄体生成素							
Roche cobas e 801 Roche \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	IU/L	68.9	1%	<5	<100		
OTHER OTHER \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	51.8	3%	<5	<100		
Beckman UniCel DxC 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	IU/L	48.8	2.8%	<5	<100		
Ortho Vitros 3600/5600 OTHER \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	58.7	4.7%	10	139		
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	58.3	12%	<5	<100		
(LIP)脂肪酶							
ABI Real-Time PCR Haemoscope \ Dehydrogenase	U/L	32	0%	<5	<100		
(Lp(a))脂蛋白a							
maglumi system EVERMED \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/L	14.8	21.8%	<5	<100		
(PRL)催乳素							
Ortho Vitros 3600/5600 OTHER \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	34.2	2.8%	10	138		
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	51.1	12%	<5	<100		
Roche cobas e 801 Roche \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	ng/mL	47	1.4%	<5	<100		
(PROG)孕酮							
Ortho Vitros 3600/5600 OTHER \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	16.3	6.4%	10	138		
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	15.1	12%	<5	<100		
(TES)睾酮							
Roche cobas e 801 Roche \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	ng/mL	8.96	2.1%	<5	<100		
Beckman UniCel DxC 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	ng/mL	8.45	2.2%	<5	<100		
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	8.6	12%	<5	<100		
(Tg)甲状腺球蛋白							
Roche cobas e 801 Roche \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	2.69	2%	<5	<100		
(TSH)促甲状腺素							
OTHER OTHER \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	mIU/L	28.5	4.8%	<5	<100		
Roche cobas e 801 Roche \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	mIU/L	34.9	4.1%	<5	<100		
Beckman UniCel DxC 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	mIU/L	25.4	3.3%	<5	<100		
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	mIU/L	27.2	12%	<5	<100		
(TT3)总三碘甲状腺原氨酸							
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	3.21	12%	<5	<100		
(TT4)总T4							
OTHER OTHER \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	76	6.8%	<5	<100		
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	56.5	12%	<5	<100		
(VB12)维生素B12							
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pg/mL	722	12%	<5	<100		

REF	500-3	6x3mL	EXP	2024-06-28	LOT	2FB6DEA	更新日期:	2024-08
								3 / 3

		批号: 2FB6DEA			
项目\仪器\试剂方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(β-hCG)人绒毛膜促性腺激素β亚基					
Beckman UniCel DxC 600/800					
Beckman Coulter \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	IU/mL	0.411	2.2%	<5	<100
Roche cobas E601/602					
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	0.379	12%	<5	<100

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。