

REF	512-1	6x3mL	EXP	2025-02-19	LOT	30D6FAA	更新日期:	2024-08
								1 / 2

		批号: 30D6FAA					
项目\仪器\试剂方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数			
(AFP)甲胎蛋白							
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	12.8	4.1%	9	211		
maglumi system Snibe \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	12.9	4.5%	9	160		
Roche cobas 4000/6000/8000 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	8.86	4.5%	<5	<100		
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	13.5	5.8%	<5	<100		
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	12.6	10%	<5	<100		
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	12.5	10%	<5	<100		
(CA 125)糖类抗原 125							
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	23.6	1.9%	9	217		
maglumi system Snibe \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	26.3	3.6%	9	155		
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	32.2	13.9%	<5	<100		
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	24.6	10%	<5	<100		
Roche cobas 4000/6000/8000 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	21.3	3.3%	<5	<100		
(CA 15-3)糖类抗原 15-3							
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	30.8	2.9%	9	211		
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	25.8	19.9%	<5	<100		
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	28.6	10%	<5	<100		
Roche cobas 4000/6000/8000 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	29	4.9%	<5	<100		
(CA 19-9)糖类抗原 19-9							
Roche cobas 4000/6000/8000 Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	23.1	5.3%	9	218		
maglumi system Snibe \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	21.7	5.4%	9	159		
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	23.9	1.1%	<5	<100		
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	25.8	10%	<5	<100		
Roche cobas 4000/6000/8000 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	20.5	2.4%	<5	<100		
(CA 72-4)糖类抗原 72-4							
maglumi system Snibe \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	9.83	7.4%	8	146		
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	5.07	5.2%	18	410		
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	6.54	10%	<5	<100		
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	11.2	3.8%	<5	<100		
Roche cobas 4000/6000/8000 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	5.39	2.3%	<5	<100		
(CEA)癌胚抗原							
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	3.9	3.6%	9	213		
maglumi system Snibe \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	4.56	6%	9	157		
Roche cobas 4000/6000/8000 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	4.1	4%	<5	<100		
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	4.01	10%	<5	<100		
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	4.41	10%	<5	<100		
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	4.56	1.7%	<5	<100		
(Cyfra 21-1)细胞角蛋白19片段							
maglumi system Snibe \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	2.9	7.6%	8	142		
Roche cobas 4000/6000/8000 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	4.29	3.1%	<5	<100		
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	4.43	7%	18	420		
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	3.65	4.9%	<5	<100		
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	4.41	10%	<5	<100		

REF	512-1	6x3mL	EXP	2025-02-19	LOT	30D6FAA	更新日期:	2024-08
								2 / 2

批号: 30D6FAA						
项目\仪器\试剂方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数		
(Ferritin)铁蛋白						
Roche cobas c 501/502/701/702 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	ng/mL	39	10%	<5	<100	
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	26.5	4.3%	<5	<100	
(F-PSA)游离前列腺特异性抗原						
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	0.274	2.7%	9	214	
maglumi system Snibe \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	0.2	6.2%	9	159	
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	0.276	10%	<5	<100	
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	0.197	5.3%	<5	<100	
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	0.37	10%	<5	<100	
Roche cobas 4000/6000/8000 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	0.301	3.8%	<5	<100	
(NSE)神经元特异性烯醇化酶						
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	0.789	11.4%	9	211	
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	1.12	10%	<5	<100	
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	0.797	5.2%	<5	<100	
Roche cobas 4000/6000/8000 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	0.807	6.9%	<5	<100	
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	0.789	10%	<5	<100	
(PSA)前列腺特异性抗原						
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	1.46	2.4%	9	213	
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	1.89	10%	<5	<100	
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	1.89	10%	<5	<100	
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	1.42	2.4%	<5	<100	
Roche cobas 4000/6000/8000 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	1.29	1.7%	<5	<100	
(Tg)甲状腺球蛋白						
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	6.39	10%	<5	<100	
(β2M)β-2-微球蛋白						
Roche cobas c 501/502/701/702 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	ng/mL	4420	10%	<5	<100	
(β-hCG)人绒毛膜促性腺激素β亚基						
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	0.006	10%	<5	<100	
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	0.004	10%	<5	<100	

注: 此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来, 仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同, 或因制造商检测方法的改变, 均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求, 实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。