

REF	512-2	6x3mL	EXP	2024-04-04	LOT	30D9658	更新日期:	2024-08
								1 / 2

		批号: 30D9658			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(AFP)甲胎蛋白					
OTHER					
Dedicated \ OTHER	ng/mL	177	5.9%	9	<100
Roche cobas 4000/6000/8000					
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	146	4.8%	14	282
Roche cobas E601/602					
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	132	12.9%	13	332
Beckman UniCel Dxl 600/800					
Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	138	10%	<5	<100
(CA 125)糖类抗原 125					
Roche cobas E601/602					
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	87.4	5.3%	9	171
Roche cobas 4000/6000/8000					
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	86.3	2.7%	13	272
(CA 15-3)糖类抗原 15-3					
Roche cobas E601/602					
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	82.3	7.6%	13	312
Roche cobas 4000/6000/8000					
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	85.8	4.8%	13	268
(CA 19-9)糖类抗原 19-9					
OTHER					
Dedicated \ OTHER	IU/mL	55.2	10.1%	7	<100
Roche cobas 4000/6000/8000					
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	75.6	6.9%	<5	<100
Roche cobas 4000/6000/8000					
Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	86.1	4.5%	10	256
Roche cobas E601/602					
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	88.8	21%	10	184
maglumi system					
Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	89.2	1.9%	<5	<100
(CA 72-4)糖类抗原 72-4					
Roche cobas 4000/6000/8000					
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	33.2	4.6%	14	319
Roche cobas e411					
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	30	10.9%	10	<100
Roche cobas E601/602					
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	34.9	10%	<5	<100
(CA242)糖类抗原 242					
OTHER					
Dedicated \ OTHER	U/mL	39.4	6.4%	8	<100
(CEA)癌胚抗原					
OTHER					
Dedicated \ OTHER	ng/mL	25.9	5.8%	9	<100
Roche cobas 4000/6000/8000					
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	17.6	3%	13	274
Roche cobas E601/602					
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	16.6	8.7%	11	238
Beckman UniCel Dxl 600/800					
Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	21.9	10%	<5	<100
(Cyfra 21-1)细胞角蛋白19片段					
OTHER					
Dedicated \ OTHER	ng/mL	34.9	6.6%	9	<100
Roche cobas e411					
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	33.2	3.1%	9	118
maglumi system					
Snibe \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	34.2	6.3%	<5	<100
Roche cobas 4000/6000/8000					
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	38.7	4.3%	10	258
Roche cobas E601/602					
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	33.3	10%	<5	<100
(Ferritin)铁蛋白					
Roche cobas c 501/502/701/702					
Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	ng/mL	405	10%	<5	<100
(F-PSA)游离前列腺特异性抗原					
OTHER					
Dedicated \ OTHER	ng/mL	2.5	6.8%	8	<100
Roche cobas 4000/6000/8000					
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	2.05	2.8%	10	255
Beckman UniCel Dxl 600/800					
Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	2.95	10%	<5	<100
Roche cobas E601/602					
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	2.22	10%	<5	<100
(Fβ-hCG)游离β-绒毛膜促性腺激素					
OTHER					
Dedicated \ OTHER	ng/mL	4.89	5.4%	9	<100
(NSE)神经元特异性烯醇化酶					
Roche cobas e411					
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	11.9	3.7%	9	<100
Roche cobas E601/602					
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	10.9	6.2%	11	284

REF	512-2 6x3mL	EXP	2024-04-04	LOT	30D9658	更新日期： 2024-08 2 / 2
------------	------------------	------------	------------	------------	---------	------------------------

批号： 30D9658					
项目\仪器\试剂方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(PSA)前列腺特异性抗原					
OTHER Dedicated \ OTHER	ng/mL	13.1	7.6%	8	<100
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	10.8	11.3%	11	242
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	11.2	3%	10	256
Beckman UniCel DxI 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	14.3	10%	<5	<100
(Tg)甲状腺球蛋白					
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	52.7	10%	<5	<100
(β2M)β-2-微球蛋白					
Roche cobas c 501/502/701/702 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	ng/mL	18020	10%	<5	<100
(β-hCG)人绒毛膜促性腺激素β亚基					
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	0.099	10%	<5	<100
Beckman UniCel DxI 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	0.105	10%	<5	<100

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。