

<b>REF</b>	512-2	6x3mL	<b>EXP</b>	2025-02-19	<b>LOT</b>	30D96BA	更新日期:	2024-08
								1 / 2

		批号: 30D96BA			
项目\仪器\试剂方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
<b>(AFP)甲胎蛋白</b>					
Roche cobas 4000/6000/8000	ng/mL	154	2%	9	211
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)					
OTHER	ng/mL	109	5.2%	19	159
WanTai DRD \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )					
Roche cobas E601/602	ng/mL	151	10%	<5	<100
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)					
Beckman UniCel DxI 600/800	ng/mL	138	10%	<5	<100
Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )					
<b>(CA 125)糖类抗原 125</b>					
Roche cobas 4000/6000/8000	IU/mL	84.7	1.8%	9	217
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)					
OTHER	IU/mL	135	5.2%	19	145
WanTai DRD \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )					
Roche cobas E601/602	IU/mL	91.8	10%	<5	<100
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)					
<b>(CA 15-3)糖类抗原 15-3</b>					
Roche cobas 4000/6000/8000	IU/mL	85.8	2.8%	9	211
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)					
OTHER	IU/mL	78.9	15.1%	20	173
WanTai DRD \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )					
Roche cobas E601/602	IU/mL	85.7	10%	<5	<100
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)					
<b>(CA 19-9)糖类抗原 19-9</b>					
Roche cobas 4000/6000/8000	IU/mL	82	4.7%	9	218
Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )					
OTHER	IU/mL	108	6.8%	17	114
WanTai DRD \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )					
Roche cobas E601/602	IU/mL	89.7	10%	<5	<100
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)					
<b>(CA 72-4)糖类抗原 72-4</b>					
Roche cobas 4000/6000/8000	IU/mL	30.2	2.7%	9	214
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)					
Roche cobas e411	IU/mL	33.3	3%	<5	<100
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)					
OTHER	IU/mL	34.2	11.4%	18	127
WanTai DRD \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )					
Roche cobas E601/602	IU/mL	34.9	10%	<5	<100
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)					
<b>(CEA)癌胚抗原</b>					
Roche cobas 4000/6000/8000	ng/mL	16.4	3.4%	9	213
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)					
OTHER	ng/mL	20.4	10.8%	20	176
WanTai DRD \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )					
Beckman UniCel DxI 600/800	ng/mL	21.9	10%	<5	<100
Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )					
Roche cobas E601/602	ng/mL	18.8	10%	<5	<100
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)					
<b>(Cyfra 21-1)细胞角蛋白19片段</b>					
Roche cobas 4000/6000/8000	ng/mL	37.6	4.7%	9	214
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)					
Roche cobas e411	ng/mL	29.4	3.8%	<5	<100
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)					
OTHER	ng/mL	39	6.4%	20	167
WanTai DRD \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )					
Roche cobas E601/602	ng/mL	33.3	10%	<5	<100
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)					
<b>(Ferritin)铁蛋白</b>					
OTHER	ng/mL	294	14.1%	8	<100
WanTai DRD \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )					
Roche cobas c 501/502/701/702	ng/mL	405	10%	<5	<100
Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)					
<b>(F-PSA)游离前列腺特异性抗原</b>					
Roche cobas 4000/6000/8000	ng/mL	1.99	2.9%	9	214
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)					
OTHER	ng/mL	1.81	7.1%	12	143
WanTai DRD \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )					
Beckman UniCel DxI 600/800	ng/mL	2.95	10%	<5	<100
Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )					
Roche cobas E601/602	ng/mL	2.22	10%	<5	<100
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)					
<b>(NSE)神经元特异性烯醇化酶</b>					
Roche cobas e411	ng/mL	12	2.8%	<5	<100
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)					
Roche cobas E601/602	ng/mL	12.1	10%	<5	<100
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)					
<b>(PSA)前列腺特异性抗原</b>					
Roche cobas 4000/6000/8000	ng/mL	10.5	2.1%	9	214
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)					
Roche cobas E601/602	ng/mL	13.4	10%	<5	<100
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)					

<b>REF</b>	512-2	6x3mL	<b>EXP</b>	2025-02-19	<b>LOT</b>	30D96BA	更新日期： 2024-08	2 / 2
------------	-------	-------	------------	------------	------------	---------	---------------	-------

		批号： 30D96BA			
项目\仪器\试剂方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL	14.3	10%	<5	<100
<b>(Tg)甲状腺球蛋白</b>					
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	52.7	10%	<5	<100
<b>(β2M)β-2-微球蛋白</b>					
Roche cobas c 501/502/701/702 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	ng/mL	18020	10%	<5	<100
<b>(β-hCG)人绒毛膜促性腺激素β亚基</b>					
OTHER WanTai DRD \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	IU/mL	0.102	7.9%	12	146
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	0.099	10%	<5	<100
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	IU/mL	0.105	10%	<5	<100

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。