

REF	512-3	6x3mL	EXP	2023-10-13	LOT	30DBD0A	更新日期:	2024-08
								1 / 2

		批号: 30DBD0A			
项目\仪器\试剂方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(AFP)甲胎蛋白					
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	288	9.7%	<5	<100
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	265	9.8%	<5	<100
(CA 125)糖类抗原 125					
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	188	10.1%	<5	<100
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	142	9.9%	<5	<100
(CA 15-3)糖类抗原 15-3					
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	154	9.7%	<5	<100
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	70.4	9.8%	<5	<100
(CA 19-9)糖类抗原 19-9					
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	271	10.3%	<5	<100
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	137	10.2%	<5	<100
(CA 72-4)糖类抗原 72-4					
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	55.7	9.9%	<5	<100
Roche Hitachi/Hitachi Systems Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	56.3	9.9%	<5	<100
(CEA)癌胚抗原					
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	39.2	9.9%	<5	<100
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	57.9	10.2%	<5	<100
(Cyfra 21-1)细胞角蛋白19片段					
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	75.4	10.2%	<5	<100
Roche Hitachi/Hitachi Systems Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	74.2	10%	<5	<100
(Ferritin)铁蛋白					
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	ng/mL	640	10%	<5	<100
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	522	9.8%	<5	<100
(F-PSA)游离前列腺特异性抗原					
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	5.06	10.1%	<5	<100
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	7.93	9.5%	<5	<100
(hCG)人绒毛膜促性腺激素					
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	224	9.8%	<5	<100
(NSE)神经元特异性烯醇化酶					
Roche Hitachi/Hitachi Systems Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	22.1	10.4%	<5	<100
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	22.6	10.6%	<5	<100
(PSA)前列腺特异性抗原					
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	36.7	10.1%	<5	<100
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	42.8	9.8%	<5	<100
(Tg)甲状腺球蛋白					
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	123	9.8%	<5	<100
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	114	9.6%	<5	<100
(β2M)β-2-微球蛋白					
Roche cobas c 501/502/701/702 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	ng/mL	13800	9.4%	<5	<100
Siemens BN II Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	40900	10%	<5	<100
(β-hCG)人绒毛膜促性腺激素β亚基					
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	0.236	10.2%	<5	<100

REF	512-3 6x3mL	EXP	2023-10-13	LOT	30DBD0A	更新日期：	2024-08 2 / 2
------------	----------------	------------	------------	------------	---------	-------	------------------

		批号：30DBD0A	
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV	Lab \ 点数

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。