

REF	512-3	6x3mL	EXP	2025-02-19	LOT	30DBDCA	更新日期:	2024-08
								1 / 2

		批号: 30DBDCA			
项目\仪器\试剂方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(AFP)甲胎蛋白					
Roche cobas 4000/6000/8000 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	181	2.1%	<5	<100
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	272	10%	<5	<100
GeteinBiotech MAGICL Series Getein Biotech \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	413	2.9%	<5	<100
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	282	10%	<5	<100
(CA 125)糖类抗原 125					
GeteinBiotech MAGICL Series Getein Biotech \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	320	2.7%	<5	<100
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	158	10%	<5	<100
Roche cobas 4000/6000/8000 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	137	3.1%	<5	<100
(CA 15-3)糖类抗原 15-3					
GeteinBiotech MAGICL Series Getein Biotech \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	229	7.2%	<5	<100
Roche cobas 4000/6000/8000 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	131	5.7%	<5	<100
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	134	10%	<5	<100
(CA 19-9)糖类抗原 19-9					
GeteinBiotech MAGICL Series Getein Biotech \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	102	3%	<5	<100
Roche cobas 4000/6000/8000 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	126	2.7%	<5	<100
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	155	10%	<5	<100
(CA 72-4)糖类抗原 72-4					
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	53.9	2.7%	<5	<100
Roche cobas 4000/6000/8000 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	54.3	2.2%	<5	<100
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	63.1	10%	<5	<100
(CEA)癌胚抗原					
Roche cobas 4000/6000/8000 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	27.5	1.8%	<5	<100
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	32.6	10%	<5	<100
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	36.7	10%	<5	<100
GeteinBiotech MAGICL Series Getein Biotech \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	29.1	0.8%	<5	<100
(Cyfra 21-1)细胞角蛋白19片段					
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	67.7	2.8%	<5	<100
Roche cobas 4000/6000/8000 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	61	2.6%	<5	<100
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	64.7	10%	<5	<100
(Ferritin)铁蛋白					
Roche cobas c 501/502/701/702 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	ng/mL	850	10%	<5	<100
(F-PSA)游离前列腺特异性抗原					
GeteinBiotech MAGICL Series Getein Biotech \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	6.98	0.3%	<5	<100
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	5.21	10%	<5	<100
Roche cobas 4000/6000/8000 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	3.99	2.1%	<5	<100
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	4.09	10%	<5	<100
(NSE)神经特异性烯醇化酶					
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	23.4	3.3%	<5	<100
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	23.9	1.4%	<5	<100
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	23.1	10%	<5	<100
Roche cobas 4000/6000/8000 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	20.9	3.2%	<5	<100

REF	512-3	6x3mL	EXP	2025-02-19	LOT	30DBDCA	更新日期:	2024-08
								2 / 2

		批号: 30DBDCA			
项目\仪器\试剂方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(PSA)前列腺特异性抗原					
Beckman UniCel DxI 600/800					
Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	27.7	10%	<5	<100
GeteinBiotech MAGICL Series					
Getein Biotech \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	18.5	1.6%	<5	<100
Roche cobas 4000/6000/8000					
Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	17.6	1.9%	<5	<100
Roche cobas E601/602					
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	24.8	10%	<5	<100
(Tg)甲状腺球蛋白					
Roche cobas E601/602					
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	105	10%	<5	<100
(β2M)β-2-微球蛋白					
Roche cobas c 501/502/701/702					
Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	ng/mL	28960	10%	<5	<100
(β-hCG)人绒毛膜促性腺激素β亚基					
Roche cobas E601/602					
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	0.198	10%	<5	<100
Beckman UniCel DxI 600/800					
Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	0.207	10%	<5	<100

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。