

REF	514-2	6x3mL	EXP	2023-11-05	LOT	310A33B	更新日期：	2024-08
								1 / 1

批号：310A33B					
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(NSE)神经元特异性烯醇化酶					
Roche cobas E601/602	ng/mL	83.3	9.4%	21	216
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)					
(PG I)血清胃蛋白酶原I					
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series	μg/L	157	8.4%	19	327
Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)					
maglumi system	μg/L	255	12%	<5	<100
Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)					
(PG II)血清胃蛋白酶原II					
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series	μg/L	67.1	8%	19	313
Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)					
maglumi system	μg/L	60.3	11.9%	<5	<100
Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)					
(proGRP)胃泌素释放肽前体					
Roche cobas E601/602	ng/L	198	10.4%	21	205
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)					
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series	ng/L	201	12.5%	19	301
Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)					

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。