

REF	521-1	6x3mL	EXP	2026-11-06	LOT	31B2BB7	更新日期：	2024-08
								1 / 2

		批号： 31B2BB7			
项目\仪器\试剂方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(Alb)白蛋白					
Olympus AU400 Olympus \ Bromocresol green	g/L	0.019	9.8%	<5	<100
(ASO)抗链球菌溶血素 O 抗体					
Olympus AU400 Olympus \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	133	10%	<5	<100
(AT-III)抗凝血酶III					
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Nephelometry	g/L	4.93	10%	<5	<100
(C3)补体 C3					
Olympus AU400 Olympus \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	70.7	10%	<5	<100
(C4)补体 C4					
Olympus AU400 Olympus \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	19.4	10%	<5	<100
(Cer)铜蓝蛋白					
Olympus AU400 Olympus \ Immunonephelometry (INA)	g/L	0.24	10%	<5	<100
(CRP)C反应蛋白					
Olympus AU400 Olympus \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	1.49	10.1%	<5	<100
(Ferritin)铁蛋白					
Olympus AU400 Olympus \ Immunoturbidimetry (ITA)	ng/mL	48.2	10%	<5	<100
Siemens BN II Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)	ng/mL	38.5	10%	<5	<100
(Hap (HPT))触珠蛋白 (结合珠蛋白)					
Olympus AU400 Olympus \ Immunonephelometry (INA)	mg/L	693	10%	<5	<100
(IgA)免疫球蛋白 IgA					
Olympus AU400 Olympus \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	140	10%	<5	<100
(IgE)免疫球蛋白 IgE					
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	27.7	10%	<5	<100
(IgG)免疫球蛋白 IgG					
Olympus AU400 Olympus \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	763	10%	<5	<100
(IgM)免疫球蛋白 IgM					
Olympus AU400 Olympus \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	78.4	10%	<5	<100
(Kappa Light Chain)κ轻链					
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	g/L	4.93	10%	<5	<100
(Lambda Light Chain)λ 轻链					
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	g/L	2.86	10%	<5	<100
(PAB)前白蛋白					
Olympus AU400 Olympus \ Immunonephelometry (INA)	g/L	0.164	10%	<5	<100
(RBP)视黄醇结合蛋白					
Siemens BN II Siemens \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	2.48	10.1%	<5	<100
(RF)类风湿因子					
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	36.1	10%	<5	<100
(TRF)转铁蛋白					
Olympus AU400 Olympus \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	119	10%	<5	<100
(α-1-AG)α-1-酸性糖蛋白					
Olympus AU400 Olympus \ Immunoturbidimetry (ITA)	g/L	0.403	10%	<5	<100
(α-1-AT)α-1-抗胰蛋白酶					
Olympus AU400 Olympus \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	77.4	10%	<5	<100
(α2M)α-2-巨球蛋白					
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/L	1030	10%	<5	<100

REF	521-1	6x3mL	EXP	2026-11-06	LOT	31B2BB7	更新日期:	2024-08
								2 / 2

		批号: 31B2BB7			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(β2M)β-2-微球蛋白					
Olympus AU400					
Olympus \ Immunonephelometry (INA)	ng/mL	2110	9.5%	<5	<100

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。