

REF	521-2	6x3mL	EXP	2025-01-01	LOT	31B5259	更新日期:	2024-08
								1 / 2

		批号: 31B5259			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值\CV		Lab\点数	
(Alb)白蛋白					
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Bromocresol green	g/L	39.7	12%	<5	<100
(ASO)抗链球菌溶血素 O 抗体					
Beckman Immage 800 Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	172	2.2%	<5	<100
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	142	4.8%	25	626
(AT-III)抗凝血酶III					
Stago STA series Dedicated \ Nephelometry	%	18	12%	<5	<100
(C3)补体 C3					
Beckman Immage 800 Dedicated \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	155	4%	<5	<100
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	152	4.8%	25	605
Siemens BN II Siemens \ OTHER	mg/dL	181	7%	21	623
TOSHIBA TBA LEADMAN \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	174	3.6%	13	351
(C4)补体 C4					
Beckman Immage 800 Dedicated \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	40.7	4.7%	<5	<100
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	38.7	5.3%	25	603
Siemens BN II Siemens \ OTHER	mg/dL	41.6	7.5%	21	624
TOSHIBA TBA LEADMAN \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	31.4	34.9%	13	366
(Cer)铜蓝蛋白					
Siemens BN II Siemens \ OTHER	g/L	0.455	8%	21	632
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	g/L	0.273	12%	<5	<100
(CRP)C反应蛋白					
Beckman Immage 800 Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	2.82	2%	<5	<100
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	2.82	4.8%	25	597
Siemens BN II Siemens \ OTHER	mg/dL	3.03	6.1%	21	623
TOSHIBA TBA BSBE \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	3.62	3.4%	12	335
(Ferritin)铁蛋白					
Siemens BN II Siemens \ OTHER	ng/mL	131	5%	21	621
Roche Hitachi/Hitachi Systems LEADMAN \ Immunoturbidimetry (ITA)	ng/mL	117	2.3%	12	280
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	ng/mL	184	12%	<5	<100
(Hap (HPT))触珠蛋白 (结合珠蛋白)					
Siemens BN II Siemens \ OTHER	mg/L	1622	8.8%	21	625
(IgA)免疫球蛋白 IgA					
Beckman Immage 800 Dedicated \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	269	4.7%	<5	<100
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	245	4.4%	25	598
Siemens BN II Siemens \ OTHER	mg/dL	297	7.8%	21	625
(IgE)免疫球蛋白 IgE					
Siemens BN II Siemens \ OTHER	IU/mL	59.2	7.5%	21	621
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	51.4	12%	<5	<100
(IgG)免疫球蛋白 IgG					
Beckman Immage 800 Dedicated \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	1364	2.8%	<5	<100
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	1358	4.6%	25	598
Siemens BN II Siemens \ OTHER	mg/dL	1585	8.1%	21	629
(IgM)免疫球蛋白 IgM					
Beckman Immage 800 Dedicated \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	169	3.5%	<5	<100
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	163	4%	25	589
Siemens BN II Siemens \ OTHER	mg/dL	191	6.5%	21	613

REF	521-2	6x3mL	EXP	2025-01-01	LOT	31B5259	更新日期:	2024-08
								2 / 2

		批号: 31B5259			
项目\仪器\试剂方法	单位	均值\ CV		Lab \ 点数	
(Kappa Light Chain)κ轻链					
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	g/L	11.9	12%	<5	<100
(Lambda Light Chain)λ 轻链					
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	g/L	5.74	12%	<5	<100
(PAB)前白蛋白					
Roche Hitachi/Hitachi Systems BSBE \ Immunoturbidimetry (ITA)	g/L	0.357	1.9%	24	546
Roche cobas 4000/6000/8000 DiaSys \ Immunonephelometry (INA)	g/L	0.309	12%	<5	<100
(RBP)视黄醇结合蛋白					
Roche cobas 4000/6000/8000 WanTai \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	5.75	12%	<5	<100
(RF)类风湿因子					
Beckman Immage 800 Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	75.7	3.1%	<5	<100
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	74.1	7.5%	25	604
Siemens BN II Siemens \ OTHER	IU/mL	63.2	7.3%	21	619
TOSHIBA TBA BSBE \ Immunoturbidimetry (ITA)	IU/mL	80.4	3.4%	12	322
(TRF)转铁蛋白					
Siemens BN II Siemens \ OTHER	mg/dL	273	8%	21	628
Roche Hitachi/Hitachi Systems LEADMAN \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	267	3.3%	12	281
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	252	12%	<5	<100
(α-1-G)α-1-球蛋白					
TOSHIBA TBA LEADMAN \ Capillary Method	%	26.6	6.3%	12	328
(β-2-G)β-2-球蛋白					
TOSHIBA TBA LEADMAN \ Capillary Method	%	4.4	8.6%	5	160
(β2M)β-2-微球蛋白					
Roche Hitachi/Hitachi Systems MedicalSystem \ Immunoturbidimetry (ITA)	ng/mL	3490	2.8%	6	140
Roche Hitachi/Hitachi Systems BSBE \ Immunoturbidimetry (ITA)	ng/mL	3717	3.9%	24	544
TOSHIBA TBA OTHER \ Immunoturbidimetry (ITA)	ng/mL	5322	6.2%	12	334
Roche cobas 4000/6000/8000 JS (Shanghai) \ Immunonephelometry (INA)	ng/mL	4500	12%	<5	<100

注: 此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来, 仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同, 或因制造商检测方法的改变, 均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求, 实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。