

REF	521-2	6x3mL	EXP	2025-12-22	LOT	31B52BD	更新日期:	2024-08
								1 / 2

		批号: 31B52BD					
项目\仪器\试剂方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数			
(Alb)白蛋白							
Olympus AU400							
Olympus \ Bromocresol green	g/L	39.9	9.8%	<5	<100		
(ASO)抗链球菌溶血素 O 抗体							
Abbott ARCHITECT c series							
BSBE \ OTHER	IU/mL	218	1.4%	7	195		
Olympus AU400							
Olympus \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	245	10%	<5	<100		
(AT-III)抗凝血酶III							
Beckman Immage 800							
Dedicated \ Nephelometry	g/L	0.301	10%	<5	<100		
(C3)补体 C3							
Beckman AU series							
Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	170	11.3%	<5	<100		
Olympus AU400							
Olympus \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	134	10%	<5	<100		
(C4)补体 C4							
Beckman AU series							
Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	34.5	7.7%	<5	<100		
Olympus AU400							
Olympus \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	35.6	10%	<5	<100		
(Cer)铜蓝蛋白							
Olympus AU400							
Olympus \ Immunonephelometry (INA)	g/L	0.454	10%	<5	<100		
(CRP)C反应蛋白							
Beckman AU series							
Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	3.26	16.4%	<5	<100		
Olympus AU400							
Olympus \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	2.92	9.9%	<5	<100		
(Ferritin)铁蛋白							
Olympus AU400							
Olympus \ Immunonephelometry (INA)	ng/mL	146	10%	<5	<100		
Siemens BN II							
Siemens \ Immunonephelometry (INA)	ng/mL	134	10%	<5	<100		
(Hap (HPT))触珠蛋白 (结合珠蛋白)							
Abbott ARCHITECT c series							
BSBE \ OTHER	mg/L	1243	1.5%	<5	<100		
Abbott ARCHITECT c series							
chongqiong zhybio \ OTHER	mg/L	1257	6.8%	11	259		
Olympus AU400							
Olympus \ Enzyme linked immunosorbent assays (ELISA)	mg/L	1330	10%	<5	<100		
(IgA)免疫球蛋白 IgA							
Beckman AU series							
Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	222	12.5%	<5	<100		
Olympus AU400							
Olympus \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	231	10%	<5	<100		
(IgE)免疫球蛋白 IgE							
Beckman Immage 800							
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	45.4	10%	<5	<100		
(IgG)免疫球蛋白 IgG							
Olympus AU400							
Olympus \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	1289	10%	<5	<100		
Beckman AU series							
Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	1322	3%	<5	<100		
(IgM)免疫球蛋白 IgM							
Beckman AU series							
Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	116	12.2%	<5	<100		
Olympus AU400							
Olympus \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	151	10%	<5	<100		
(Kappa Light Chain)κ轻链							
Beckman Immage 800							
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	g/L	8.53	10%	<5	<100		
(Lambda Light Chain)λ 轻链							
Beckman Immage 800							
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	g/L	5.54	10%	<5	<100		
(PAB)前白蛋白							
Beckman AU series							
Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	g/L	0.228	10.4%	<5	110		
Olympus AU400							
Olympus \ Immunonephelometry (INA)	g/L	0.346	10%	<5	<100		
(RBP)视黄醇结合蛋白							
Siemens BN II							
Siemens \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	6	10%	<5	<100		

REF	521-2	6x3mL	EXP	2025-12-22	LOT	31B52BD	更新日期：	2024-08
								2 / 2

		批号： 31B52BD			
项目\仪器\试剂方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(RF)类风湿因子					
Abbott ARCHITECT c series BSBE \ OTHER	IU/mL	76.8	7.4%	7	198
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	70.9	10%	<5	<100
(TRF)转铁蛋白					
Abbott ARCHITECT c series BSBE \ OTHER	mg/dL	257	2%	<5	<100
Olympus AU400 Olympus \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	235	10%	<5	<100
(α-1-AG)α-1-酸性糖蛋白					
Olympus AU400 Olympus \ Enzyme linked immunosorbent assays (ELISA)	g/L	0.858	10%	<5	<100
(α-1-AT)α-1-抗胰蛋白酶					
Olympus AU400 Olympus \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	145	10%	<5	<100
(α2M)α-2-巨球蛋白					
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/L	1970	10%	<5	<100
(β2M)β-2-微球蛋白					
Beckman AU series Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	2343	11.2%	<5	104
Abbott ARCHITECT c series BSBE \ OTHER	ng/mL	3248	5.5%	15	398
Olympus AU400 Olympus \ Immunonephelometry (INA)	ng/mL	4050	9.9%	<5	<100

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。