

<b>REF</b>	521-3	6x3mL	<b>EXP</b>	2024-10-17	<b>LOT</b>	31B790E	更新日期:	2024-08
								1 / 2

		批号: 31B790E					
项目\仪器\试剂方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数			
<b>(Alb)白蛋白</b>							
Roche cobas 4000/6000/8000							
Roche \ Bromocresol green	g/L	56.2	12%	<5	<100		
<b>(ASO)抗链球菌溶血素 O 抗体</b>							
Beckman AU series							
BSBE \ Immunoturbidimetry (ITA)	IU/mL	327	3.4%	9	259		
Siemens BN ProSpec							
Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	356	2.6%	6	134		
Siemens BN II							
Siemens \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	349	3.3%	<5	<100		
Beckman Immage 800							
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	225	12%	<5	<100		
<b>(AT-III)抗凝血酶III</b>							
Stago STA series							
Dedicated \ Nephelometry	%	25	12%	<5	<100		
<b>(C1q)补体C1q</b>							
Beckman AU series							
chongqiong zhibio \ OTHER	mg/L	409	3.7%	<5	<100		
<b>(C3)补体 C3</b>							
Beckman AU series							
BSBE \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	228	4.1%	9	257		
Siemens BN II							
Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	235	5.2%	6	133		
Beckman Immage 800							
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	219	12%	<5	<100		
Siemens BN II							
Siemens \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	243	4.3%	<5	<100		
<b>(C4)补体 C4</b>							
Beckman AU series							
BSBE \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	51.9	3.4%	9	256		
Siemens BN II							
Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	61.3	4.2%	<5	<100		
Beckman Immage 800							
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	57.8	12%	<5	<100		
Siemens BN II							
Siemens \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	55.2	3%	<5	<100		
<b>(Cer)铜蓝蛋白</b>							
Siemens BN ProSpec							
Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	g/L	0.613	2.6%	6	130		
Beckman Immage 800							
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	g/L	0.4	12%	<5	<100		
<b>(CRP)C反应蛋白</b>							
Siemens ADVIA Chemistry XPT							
Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	5.7	4.4%	<5	133		
Beckman Immage 800							
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	7.72	12%	<5	<100		
Siemens BN II							
Siemens \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	6.67	3.5%	<5	<100		
<b>(Ferritin)铁蛋白</b>							
Roche cobas 4000/6000/8000							
Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	ng/mL	357	12%	<5	<100		
<b>(IgA )免疫球蛋白 IgA</b>							
Siemens BN II							
Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	500	4.9%	6	131		
Siemens BN II							
Siemens \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	424	5.6%	<5	<100		
Beckman Immage 800							
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	359	12%	<5	<100		
<b>(IgE)免疫球蛋白 IgE</b>							
Beckman Immage 800							
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	69.8	12%	<5	<100		
<b>(IgG)免疫球蛋白 IgG</b>							
Siemens BN II							
Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	2250	6%	6	132		
Beckman Immage 800							
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	2150	12%	<5	<100		
Siemens BN II							
Siemens \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	2075	4.1%	<5	<100		
<b>(IgM)免疫球蛋白 IgM</b>							
Siemens BN II							
Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	293	3.6%	6	130		
Siemens BN II							
Siemens \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	263	4.2%	<5	<100		
Beckman Immage 800							
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	245	12%	<5	<100		
<b>(Kappa Light Chain)κ轻链</b>							
Beckman Immage 800							
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	g/L	17.2	12%	<5	<100		

<b>REF</b>	521-3	6x3mL	<b>EXP</b>	2024-10-17	<b>LOT</b>	31B790E	更新日期:	2024-08
								2 / 2

批号: 31B790E					
项目\仪器\试剂方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
<b>(Lambda Light Chain)λ 轻链</b>					
Beckman Image 800					
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	g/L	8.62	12%	<5	<100
<b>(PAB)前白蛋白</b>					
Siemens ADVIA Chemistry XPT					
KHB \ Immunonephelometry (INA)	g/L	0.474	3.6%	7	275
Roche cobas 4000/6000/8000					
DiaSys \ Immunonephelometry (INA)	g/L	0.437	12%	<5	<100
<b>(PRO/ TP)(总) 蛋白</b>					
Beckman AU series					
Beckman Coulter \ OTHER	g/L	5.23	0.9%	<5	<100
<b>(RBP)视黄醇结合蛋白</b>					
Siemens ADVIA Chemistry XPT					
KHB \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	8.83	3%	7	274
Beckman AU series					
DongOu \ OTHER	mg/dL	8.21	2.8%	<5	<100
Roche cobas 4000/6000/8000					
WanTai \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	8.42	12%	<5	<100
<b>(RF)类风湿因子</b>					
Beckman AU series					
BSBE \ Immunoturbidimetry (ITA)	IU/mL	111	6.9%	9	255
Siemens BN ProSpec					
Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	94.9	3.9%	6	133
Beckman Image 800					
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	120	12%	<5	<100
Siemens BN II					
Siemens \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	71	5.2%	<5	<100
<b>(TRF)转铁蛋白</b>					
Roche cobas 4000/6000/8000					
Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	381	12%	<5	<100
<b>(α-1-AT)α-1-抗胰蛋白酶</b>					
Siemens ADVIA Chemistry XPT					
OTHER \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	269	3.1%	7	272
<b>(β2M)β-2-微球蛋白</b>					
Beckman AU series					
Dedicated \ Immunoturbidimetry (ITA)	ng/mL	5233	5.7%	9	260
Siemens ADVIA Chemistry XPT					
KHB \ Immunonephelometry (INA)	ng/mL	6176	2.9%	7	275
Beckman AU series					
DongOu \ OTHER	ng/mL	6955	2.8%	<5	<100
Roche cobas 4000/6000/8000					
JS (Shanghai) \ Immunonephelometry (INA)	ng/mL	6730	12%	<5	<100

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。